

科室与人员介绍

人员

- 院长：医院负责人
- 主任：临床部门的主要负责人(放射(影像)科、介入(导管)室、外科手术室、口腔科)
- 科长：行政部门的主要负责人(设备(装备)科、信息科、总务科)
- 护士长：部门日常管理者(介入(导管)室、外科手术室、口腔科主任不一定参与设备管理，一般由器械技师或护士长管理)
- 医师：影像诊断执行人
- 技师：设备操作执行人
- 物理师：设备QA与QC执行人
- 工程师：设备管理者
- 研发工程师[Research Development][RD]解决所有产品产生问题
- 技术工程师[Technology Support][TS]: 提供技术支持工作，线上服务客户
- 信息技术工程师[Information Technology][IT]解决网络与计算机问题
- 客户服务工程师[Customer Service][CS]解决客户问题，提供现场服务

科室

- 放射科(影像科)：医学放射影像学的检查与诊断。设备CT[DR]骨密度，钼靶[MRI]等
- 超声科：设备超声
- 介入室：内科手术室，设备DSA[胃肠机]归属(介入导管室,放射科,心血管内科)
- 手术室：外科手术室，设备CB设备，归属骨科
- 病房区：设备移动DR[归属放射科]
- 口腔科：设备CBCT[全景机、牙片机]，归属口腔科
- 设备科(医疗装备科)：医疗设备
- 采购办：采购
- 总务科：后勤保障工作
- 信息科：信息网络管理[DICOM][AE title][IP][胶片打印机]IP

场地

扫描间、磁体间

用于对患者治疗或扫描空间，获取病人影像信号空间

进入DAS和手术室应当遵守科室条例，磁体间检查无磁性金属

存放设备机架空间，

扫描间用于放置扫描床和机架系统

磁体间用于放置MR扫描床和机架系统

操作间

用于技师操作机器的空间，放置重建机和操作控制主机、控制盒

阅片室

用于医师审查患者影像信息空间，存放有WS工作站等，里面屏幕为医疗屏幕不可以随意使用其他屏幕替代□1.5M 3M 7M屏

设备间

设备间用于放置机柜，机柜较小一般直接和扫描间放一起，配电箱，冷却柜子

外室

裸漏室外空间，有部分地区搭建小棚，放置冷却外机□MR空调和水冷

From:
<https://sujj.wiki/> - 落月思君归

Permanent link:
<https://sujj.wiki/doku.php?id=%E6%9C%8D%E5%8A%A1:%E7%A7%91%E5%AE%A4%E4%B8%8E%E4%BA%BA%E5%91%98%E4%BB%8B%E7%BB%8D&rev=1754837172>

Last update: 2026/01/02 02:06

