

# 科室与人员介绍

## 人员

院长：医院负责人

主任：临床部门的主要负责人(放射(影像)科、介入(导管)室、外科手术室、口腔科)

科长：行政部门的主要负责人(设备(装备)科、信息科、总务科)

护士长：部门日常管理者(介入(导管)室、外科手术室、口腔科主任不一定参与设备管理，一般由器械技师或护士长管理)

医师：影像诊断执行人

技师：设备操作执行人

物理师：设备QA与QC执行人

工程师：设备管理者

研发工程师 Research Development RD 解决所有产品产生问题

技术工程师 Technology Support TS 提供技术支持工作，线上服务客户

信息技术工程师 Information Technology IT 解决网络与计算机问题

客户服务工程师 Customer Service CS 解决客户问题，提供现场服务

## 科室

放射科(影像科)：医学放射影像学的检查与诊断。设备CT DR 骨密度，钼靶 MRI 等

核医学科 MI 分子成像 PET

放疗科：治疗肿瘤 CT RT

超声科：设备超声

介入室：内科手术室，设备DSA 胃肠机 归属(介入导管室, 放射科, 心血管内科)

手术室：外科手术室，设备CB设备，归属骨科

病房区 ICU 和新生儿科 设备移动DR 归属放射科

口腔科：设备CBCT 全景机、牙片机，归属口腔科

设备科(医疗装备科)：医疗设备

采购办：采购

总务科：后勤保障工作

信息科 : 信息网络管理 □ DICOM □ AE title □ IP □ 胶片打印机 IP

## 场地

### 扫描间、磁体间

用于对患者治疗或扫描空间，获取病人影像信号空间

进入DAS和手术室应当遵守科室条例，磁体间检查无磁性金属

存放设备机架空间，

扫描间用于放置扫描床和机架系统

磁体间用于放置MR扫描床和机架系统

### 操作间

用于技师操作机器的空间，放置重建机和操作控制主机、控制盒

### 阅片室

用于医师审查患者影像信息空间，存放有WS工作站等，里面屏幕为医疗屏幕不可以随意使用其他屏幕替代 □ 1.5M 3M 7M 屏

### 设备间

设备间用于放置机柜，机柜较小一般直接和扫描间放一起，配电箱，冷却柜子

### 外室

裸漏室外空间，有部分地区搭建小棚，放置冷却外机 □ MR空调和水冷

From:  
<https://sujj.wiki/> - 落月思君归

Permanent link:  
<https://sujj.wiki/doku.php?id=%E6%9C%8D%E5%8A%A1:%E7%A7%91%E5%AE%A4%E4%B8%8E%E4%BA%BA%E5%91%98%E4%BB%8B%E7%BB%8D&rev=1754837425>

Last update: 2026/01/02 02:06

